

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 6.9.2012

ZADAVATEL: Nemocnice Písek, a.s.

Sídlem: Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Zastoupený: MUDr. Jiřím Holanem, MBA – předsedou představenstva
Ing. Danou Krákorovou – místopředsedkyní představenstva
IČ: 26095190

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Přístrojové vybavení-IC Nemocnice Písek, a.s.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje modulární monitor s barevnou LCD obrazovkou min. 12“
Akceptuje zadavatel velikost obrazovky lůžkového monitoru 10,4“ v kombinaci s externím monitorem-displejem 17“ kdy toto řešení nabízí větší flexibilitou a uživatelský komfort použití monitoru jako lůžkového a současně i jako transportního? Transportní monitor s obrazovkou 10,4“ lze kdykoliv jediným pohybem vyjmout z dokovací stanice bez jakéhokoli odpojení nebo přepojování pacienta na jiný transportní monitor.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel takovéto řešení neakceptuje. V zadávacích parametrech je uvedena velikost obrazovky modulárního monitoru minimálně 12“. Od zadané hodnoty je možné se odchýlit maximálně o +/- 10 %, což velikost lůžkového monitoru 10,4“ nesplňuje.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel požaduje tabulkové a grafické trendy s minimálně 48 hodinami záznamu.
Akceptuje zadavatel 24 hodinové grafické a tabulkové trendy v monitoru. Kdy grafický a tabulkový 48 hodinový záznam je funkce centrály, která umožňuje navíc i tisk a editaci dat?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel takovéto řešení neakceptuje. Zadaná hodnota je uvedena v parametrech monitoru. Od zadané hodnoty je možné se odchýlit maximálně o +/- 10 %, což 24 hodinové trendy nesplňují.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel uvádí požadované měření parametrů v monitorech.
Požaduje zadavatel u všech 8 ks monitorů modul EEG – 8 ks, nebo postačí v nabídce menší počet modulů s tím, že je možné použít EEG modulu u kteréhokoliv monitoru? V případě, že ano, prosíme upřesnit počet modulů.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel požaduje EEG modul u všech 8 kusů monitorů.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel požaduje modulární monitor s barevnou obrazovkou min. 12“
Akceptuje zadavatel velikost obrazovky transportního monitoru 10,4“? Transportní monitor s obrazovkou 10,4“ je plně kompatibilní s nabízenými monitory pro JIP a na resuscitační lůžka, lze jej kdykoliv jediným pohybem upnout k dokovací stanici na JIPu či u resuscitačního lůžka a používat jej jako lůžkový monitor bez jakéhokoli odpojení nebo přepojování pacienta na jiný monitor. Toto řešení použití lůžkového monitoru i jako transportního monitoru, kde díky důmyslnému systému dokovacích

stanic s funkcí fixace, napájení a jednoduchého sundání monitoru jediným pohybem dochází zároveň i k odpojení monitoru od napájení a sítě a monitor pracuje v průběhu transportu na interní baterii. Tím se zvyšuje uživatelský komfort, nedochází ke ztrátě dat žádného z monitorovaných parametrů, odpadá další manipulace s moduly, kabely. Pacient je od příjmu stále na jednom monitoru včetně příslušenství což velice usnadňuje manipulaci s pacientem i přístrojem.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel takovéto řešení neakceptuje. V zadávacích parametrech je uvedena velikost obrazovky minimálně 12". Od zadané hodnoty je možné se odchýlit maximálně o +/- 10 %, což velikost monitoru 10,4" nesplňuje.

S pozdravem

Ing. Michaela Patková

GORDION, s.r.o.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Tel.: +420 281 021 823, fax: +420 281 021 825, e-mail: patkova@gordion.cz

podepsáno zaručeným elektronickým podpisem