

Nemocnice Písek, a.s. Hematologicko-transfuzní oddělení Karla Čapka 589 397 01 Písek	Druh dokumentu: Příloha Laboratorní příručky HTO	
	Číslo dokumentu: PR-LP-02	Číslo výtisku: -

Název dokumentu: NEJISTOTY MĚŘENÍ – Akreditované metody

Strana 1 (celkem 1)	Platnost od: 10. 2. 2020	Verze: 02
---------------------	---------------------------------	------------------

Zpracoval:	24. 1. 2020	Mgr. Majerčáková H., Mgr. Ročková M.	Revize:
Přezkoumal:	27. 1. 2020	MUDr. Kellnerová M.	Revize:
Schválil:	28. 1. 2020	prim.MUDr.Kubánková H.	Revize:

<i>metoda</i>	<i>hladina</i>	<i>u_{rel} kombi</i>	<i>U_{rel} kombi (%)</i>	<i>příklad výsledku</i>			<i>jednotky</i>
WBC	1	2,08	4,15	3,03	±	0,13	10 ⁹ /l
	2	1,75	3,49	6,81	±	0,24	10 ⁹ /l
	3	1,50	2,99	16,27	±	0,49	10 ⁹ /l
RBC	1	1,00	2,00	2,42	±	0,05	10 ¹² /l
	2	1,07	2,13	4,45	±	0,09	10 ¹² /l
	3	0,80	1,59	5,32	±	0,08	10 ¹² /l
HGB	1	0,90	1,79	60	±	1	g/l
	2	0,96	1,91	122	±	2	g/l
	3	0,82	1,64	159	±	3	g/l
HCT	1	1,69	3,38	18,2	±	0,62	%
	2	1,79	3,59	37,0	±	1,33	%
	3	1,16	2,32	47,0	±	1,09	%
PLT	1	3,76	7,51	91	±	7	10 ⁹ /l
	2	3,19	6,38	246	±	16	10 ⁹ /l
	3	2,97	5,93	561	±	33	10 ⁹ /l
RETI	1	5,24	10,48	0,5255	±	0,0551	1
	2	5,30	10,61	0,1995	±	0,0212	1
	3	5,45	10,89	0,0784	±	0,0085	1
QP	1	5,48	10,97	11,8	±	0,6	s
	2	6,05	12,10	19,5	±	1,2	s
INR	1	7,30	14,59	1,08	±	0,08	-
	2	3,65	7,30	1,80	±	0,07	-
APTT	1	3,58	7,16	24,6	±	0,9	s
	2	5,23	10,46	41,2	±	2,2	s
FIB	1	5,31	10,62	2,76	±	0,15	g/l
	2	6,80	13,59	0,88	±	0,06	g/l
ATi	1	7,12	14,24	95,6	±	6,8	%
	2	6,88	13,76	29,0	±	2,0	%
DDI	1	3,88	7,76	0,30	±	0,01	mg/l FEU
	2	4,18	8,35	2,58	±	0,11	mg/l FEU

KO: hladina 1 ... nízká hladina 2 ... normální hladina 3 ... vysoká

KOAG: hladina 1 ... normální hladina 2 ... patologická

u_{rel} kombi ... relativní kombinovaná nejistota (%)

U_{rel} kombi ... relativní rozšířená kombinovaná nejistota (% , koeficient rozšíření k=2)