

|  |                                       |                                       |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nemocnice Písek, a.s.<br><b>Hematologicko-transfuzní oddělení</b><br>Karla Čapka 589<br>397 01 Písek | Název formuláře: <b>F – HTO - 147</b> |                                       |
|  | <b>Změnový list</b>                   |                                       |
| Strana 1 (celkem 1)  | Verze: <b>02</b>                      | Platnost verze od: <b>10. 9. 2018</b> |

| Identifikace dokumentu |   |
|------------------------|---|
| Číslo dokumentu:       | PR-LP-01  |
| Název dokumentu:       | SEZNAM VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH<br>HEMATOLOGICKO-TRANSFUZNÍM ODDĚLENÍM |
| Verze:                 | 04  |

| Datum:   | Číslo strany: | Popis změny:  | Změnu provedl:  | Změnu schválil: |
|----------|---------------|---|-----------------|-----------------|
| 8.4.2024 | s. 29         | Přidáno nové vyšetření Sedimentace krve vč. odběrového systému, referenčních mezí, .... viz níže. | Mgr. M. Jandová | Mgr. M. Jandová |
|          |               |   |                 |                 |

**Sedimentace krve**

*Laboratoř:*

*Indikace:*

**Morfologie krve**

Diagnostika a monitorování zánětlivého nebo nádorového onemocnění v těle pacienta, sledování průběhu choroby u pacienta, při jeho léčbě zejména u revmatické polymyalgie, u artritid a některých maligních onemocnění.

*Biologický materiál:*

nesrážlivá krev

*Odběrový systém:*

1x zkumavka 2 ml, plast s K<sub>2</sub>EDTA nebo K<sub>3</sub>EDTA (např. Vacutette fialová)

*Stabilita materiálu:*

nutno zpracovat do 4 hodin

*Dostupnost:*

denně

*Zvláštní režim:*

- *STATIM:*

ano

- *CITO:*

ne

*Pohotovost:*

ano

*Parametry:*

Vyšetření sedimentace krve za 1 hodinu (FW)

*Referenční meze:*

| Pohlaví | Věk |      | Referenční meze | Jednotky |
|---------|-----|------|-----------------|----------|
|         | od  | do   |                 |          |
| M       | 15R | 50R  | 0 - 15          | mm hod.  |
| M       | 50R | 150R | 0 - 20          | mm hod.  |
| Ž       | 15R | 50R  | 0 - 20          | mm hod.  |
| Ž       | 50R | 150R | 0 - 30          | mm hod.  |

Za zařazení změnového listu k příslušnému dokumentu odpovídá: Bc. O. Sládková.

*správce dokumentace*